



<b>IPGSE</b> <small>Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados</small>	<b>SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS</b>	PROCESSO Nº <u>241</u> / 2021
		DATA: 12/08/2021
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE CNPJ 18.176.322/0002-32		CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2021 - SES /GO

UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO 89

AREA SOLICITANTE: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO: ALMOXARIFADO 447513

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	FORMA	QTDE	VALORES ESTIMADOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		CABO ECG DE 10 VIAS PARA ELETROCARDIOGRAFO;	UNIDADE	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$</b>	<b>3.200,00</b>

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (ANEXAR DOCUMENTAÇÃO SE NECESSÁRIO)

MODELO: CARDIOCARE 2000 / MARCA: BIONET

JURÍDICA PARA COMPRA / CONTRATAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE CABO DE ECG CARDIOGRAMA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA UNIDADE DE SAÚDE DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE.

LOCAL PARA ENTREGA: HURSO - Hospital de Urgências da Região Sudoeste  
Av. Uirapuru, esquina com Rua Mutum, Parque Isaura, S/N - Santa Helena de Goiás


OBSERVAÇÕES: (SE NECESSÁRIO)

Responsável pela Área Solicitante  
**Eliezer José Campos**  
Gerente de Suprimentos e Patrimônio  
CPF: 082.642.486-40  
*[Assinatura]*  
Assinatura / Carimbo

Diretor da Unidade  
Data: 12.08.21  
**Murilo Almeida e Silva**  
Sup. Op. e Adm. HURSO  
CPF: 866.432.944-87  
*[Assinatura]*  
Assinatura / Carimbo

Autorização - Superintendente Administrativo  
Data: 12.08.21  
**Fabio Vilela Matos**  
Sup. Administrativo  
CPF: 379.294.291-72  
IPGSE  
*[Assinatura]*  
Assinatura / Carimbo

Ao Setor de Compras / Contratos  
Data: 12.08.21  
**Geovana Alves de Paula**  
Chefe Setor de Compras  
CPF: 787.919.641-83  
IPGSE  
*[Assinatura]*  
Assinatura / Carimbo



Memorando 86/2021

Santa Helena de Goiás, 22 de julho de 2021

**De:** Murilo Almeida e Silva  
Superintendente Operacional e Administrativo

**Para:** Eduardo Pereira Ribeiro  
Superintendente Geral –IPGSE

**Assunto:** Solicitação de Aquisição de 02\_Cabo de ECG.



A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste - HURSO, unidade de saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar a aquisição em caráter emergencial de cabo de Eco cardiograma.

Tal aquisição se faz necessário para atender aos pacientes dessa Unidade de Saúde de forma segura e com qualidade.

Desta forma, obedecendo a Portaria 426/2020 SES, solicito que seja instruído um projeto solicitando o repasse de recursos financeiros ao IPGSE a título de investimento.

Segue abaixo quantidade e dados técnicos do produto:

**\*02 (dois) \_Cabo ECG de 10 vias, para Eletrocardiógrafo;**

**\*Modelo: CARDIOCARE 2000;**

**\*Marca: BIONET.**

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,

Murilo Almeida e Silva


Superintendente Operacional e Administrativo

Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste – HURSO

**Fabio Vilela Maros**  
Sup. Administrativo  
CPF: 379.294.291-72  
IPGSE  
26/07/2021



Murilo Chefe  
hoje às 09:38





### Especificação técnica CABO de ECG 10 vias

Cabo de Eletrocardiógrafo 10 vias compatível com eletrocardiógrafo, marca Bionet, modelo Cardiocare 2000;

Cabo de ECG com 10 vias para conexão em eletrodos, tipo GARRA, rabichos coloridos e identificação de posicionamento das derivações;

Comprimento mínimo do Cabo de 1,9 metros;



**Eder Ferreira Lima**  
Engenheiro Biomédico  
CREA-MG/177693LP  
Engenharia Clínica