



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS

PROCESSO Nº 399

DATA: 07/10/2021

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE  
CNPJ 18.176.322/0002-32

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2021 - SES /GO

UNIDADE:

HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO

136

AREA SOLICITANTE:  
ASSISTENCIAL

DEPARTAMENTO: ASSISTENCIAL

468915

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	FORMA	QTDE	VALORES ESTIMADOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL OLEAD GRAPH	UNIDADE	10	R\$ 95,00	R\$ 950,00
2		TERMÔMETROS CLÍNICO DIGITAL MULTILASER	UNIDADE	10	R\$ 19,00	R\$ 190,00
3		ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PREMIUM MANUAL	UNIDADE	10	R\$ 59,90	R\$ 599,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$</b>	<b>1.739,00</b>

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (ANEXAR DOCUMENTAÇÃO SE NECESSÁRIO)

TERMÔMETRO CLÍNICO: Dimensões: 128 x 12 x 18mm; Peso: 9 gramas; Dimensões do visor: 2,2 x 1cm; Bateria Alcalina tipo LR41 1,5V, vida útil mínima de 100 horas sob operação contínua; Faixa de medição: 32,0 a 42,0°C; Escala mínima 0,1°C; Sonda: 3mm; Arvisa 81596329005. ESFIGMOMANÔMETRO E OXÍMETRO PORTÁTIL IN: MAÇÕES EM ANEXO.

JUSTIFICATIVA PARA COMPRA / CONTRATAÇÃO:

REABERTURA DA OBSERVAÇÃO MASCULINA E FEMININA APÓS FECHAMENTO DA UTI COVID. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS, AUSENTES E/OU DANIFICADOS PARA OS SETORES A SEGUIR: 1 OBSERVAÇÃO MASCULINA, 01 OBSERVAÇÃO FEMININA, 2 CLÍNICA MÉDICA, 2 CLÍNICA ORTOPÉDICA, 2 BOX, 1 CC E 1 PS

LOCAL PARA ENTREGA:

DATA:

HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO - HERSO  
Av. Uirapuru, esquina com Rua Mutum, Parque Isaura, S/N - Santa Helena de Goiás

OBSERVAÇÕES: (SE NECESSÁRIO)

Responsável pela Área Solicitante

Data: 07/10/21  
**Eliezer José Campos**  
Gerente de Suprimentos e Patrimônio  
CPF: 082.612.486-40

*Eliezer José Campos*  
Assinatura / Carimbo

Diretor da Unidade

Data: 07/10/21  
**Murilo Almeida e Silva**  
Sup. Op. e Adm. Hospital  
CPF: 866.132.941-87

*Murilo Almeida e Silva*  
Assinatura / Carimbo

Autorização - SuperIntendente Administrativo

Data: 07/10/21  
**Fabio Vilela Matos**  
Sup. Administrativo  
CPF: 379.294.291-72  
IPGSE

*Fabio Vilela Matos*  
Assinatura / Carimbo

Ao Setor de Compras / Contratos

Data: 07/10/21  
**Geovana Alves de Paula**  
Chefe Setor de Compras  
CPF: 707.919.641-83  
IPGSE

*Geovana Alves de Paula*  
Assinatura / Carimbo

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



### OXÍMETRO DE PULSO PORTÁVEL OLEAD GRAPH

#### Especificações Técnicas

Tipo de tela	Tela OLED
SpO2 variação de tela	0-99%
SpO2 Faixa Medição	70-99%
SPO2 Precisão	70-99% - ± 3% / 0-69% - não definido
SPO2 Resolução	1%
FC variação de tela	0-254 bpm
FC Faixa Medição	30-235 bpm
FC Precisão	30-99bpm: ± 2bpm / 100-235bpm: ± 2%
FC Resolução	1 BPM
Energia necessária	2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V
Consumo de energia	< 30mA
Vida útil da Bateria	Fodem ser usadas continuamente por 30hrs
Condições de Operação	5°C – 40° C ≤ 80% Umidade, sem condensação Pressão atmosférica: 86kPa ~106kPa
Condições de Armazenamento	-20°C – 55° C ≤ 93% Umidade, sem condensação Pressão atmosférica: 86kPa ~106kPa
Dimensões (mm)	Comprimento: 60 / Largura: 30 /Altura: 30
Peso	100g (incluindo as duas baterias AAA)

## ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Temperatura de Armazenagem: recomendada na faixa de 0°C a 35°C.
- Umidade Relativa do Ar de Armazenagem: máxima recomendada de 85%.
- Tamanho da Braçadeira Modelo Adulto: (destinada a uma circunferência de braço de 18-35 cm): 14,5 (L) X 52 cm (C).
- Tamanho do Manguito: 12 (L) X 22 cm (C).
- Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg.
- Valor de Uma Divisão: 2 mmHg.
- Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente.
- Tolerância: +/- 3 mmHg.

Modelos Opcionais de Braçadeiras	
Modelo	Circunferência de Braço (cm)
Neonatal	07 - 13
Infantil	10 - 18
Adulto	18 - 35
Grande	35 - 51

