

Solicitação: 14979
Solicitante: LUCIELLE MIRANDA
Setor: 1295 HERSO - ALMOXARIFADO
Motivo: 15 COMPRA EMERGENCIAL

Data Solic.: 18/02/2022 Data Máxima: 18/03/2022
Data da Impressão: 18/02/2022
Situação: SOLICITADO

Obs: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO, VISTO QUE HOUE CANCELAMENTO DE ENTREGA POR PARTE DA EMPRESA FORNECEDORA.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	19696 EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/INJ LAT C/ DISP SEG		UNIDADE	800,00	2.277,00	800,00	0,00		0,0000	


Rateio:
1295 - HERSO - ALMOX UNIDADE 800,00

Especificação: EQUIPO MACRO INJ LAT GRAVIT P/ SOL PARENTERAL DISP SEGURANCA
EQUIPO P/ INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS: PONTA PERFURANTE, PADRÃO ISO; PADRÃO GOTAS (1ML = 20GOTAS/MINUTO);CÂMARA GOTEJADORA C/ FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 µM;
ENTRADA DE AR C/ FILTRO DE 0,22µM; TUBO EM PVC; PINÇA ROLETE P/ CONTROLE FLUXO DE INFUSÃO;
INJETOR LATERAL C/ MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE; LÁTEX FREE; CONECTOR SPIN LOCK C/ O PACIENTE, C/ FLUID STOP (PERMITE REALIZAÇÃO DO PRIMING SEM RETIRAR A PROTEÇÃO DO CONECTOR C/ O PACIENTE); REGISTRO ANVISA; ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP, VALVULA SAFELOW. CONFORMIDADE C/ A NBR 14041. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.
DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.
MARCA B BRAUN INTRAFIX PRIMELINE AIR COM VALVULA SAFELOW OU EQUIVALENTE.


Data	Valor Total	Emissor
18 de Fevereiro de 2022	0,00 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)	


Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados


Geovana Alves de Paula
Chefe Setor de Compras
CPF: 707.919.641-83
IPGSE



Fabio Vilela Matos
Sup. Administrativo
CPF: 379.294.291-72
IPGSE


Murilo Almeida e Silva
Sup. Op. e Adm. HERSO
CPF: 866.132.941-87
IPGSE


Loianny S. Soares
Supervisora
CRF-GO 15552 - HERSO - IPGSE

