

Solicitação: 18700  
Solicitante: LEANA MAYARA  
Setor: 1266 HERSO - CENTRO CIRURGICO  
Motivo: 6 SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA


Data Solic.: 30/06/2022 Data Máxima: 30/07/2022  
Data da Impressão:  
Situação: AUTORIZADA

Obs: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) ALICATES RICARDÃO 45CM (ALICATE DE CORTE PARA FIO DE AÇO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE ESTÃO COM AS VÍDEAS DANIFICADAS.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra		
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data
1	2418 CONserto de instrumentais cirúrgicos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) ALICATES RICARDÃO 45CM (ALICATE DE CORTE PARA FIO DE AÇO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE ESTÃO COM AS VÍDEAS DANIFICADAS.							

Data: 30 de Junho de 2022 Valor Total: 0,00 Emissor: \_\_\_\_\_  
Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)


Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados


  
**Geovana Alves de Paula**  
Chefe Setor de Compras  
CPF: 707.919.641-83  
IPGSE

  
**Fabio Vilela Matos**  
Sup. Administrativo  
CPF: 379.294.291-72  
IPGSE

  
**Eliezer José Campos**  
Gerente de Suprimentos e Patrimônio  
CPF: 082.642.486-40

  
**Joseli Ribeiro de Souza**  
Chefe de Compras  
CPF 529.770.481-20  
IPGSE





Santa Helena de Goiás, 30 de junho de 2022.

**Memorando 144/2022 – Solicitação de Serviço**

**De:** Eliezer José Campos  
Gerente de Suprimentos e Patrimônio  
**Para:** Núbia Virginia Borges  
Diretora Administrativo – HERSO .

**Assunto:** Solicitação de Manutenção Corretiva de Instrumentais Cirúrgicos.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, venho por meio do presente expediente solicitar aquisição de manutenção corretiva de 2 (dois) instrumentais cirúrgicos.

- Alicates Ricardão 45 cm – alicate de corte para fio de aço, produzido em aço inoxidável, que estão com as vίδas danificadas.

Considerando a solicitação de serviço nº18700, se faz necessária pois os alicates citados acima, são de uso essencial para a realização dos procedimentos cirúrgicos ortopédicos e de uso rotineiro e diário, ocasionando assim, maior desgaste do instrumental devido à alta necessidade de utilização do mesmo, informo ainda que não houve queda durante o ato cirúrgico, durante o processo de limpeza do material e nem no armazenamento do mesmo no arsenal. Conforme citado pelo Dr. Rogério Aparecido da Silva, o material que a unidade adquiriu é de baixa qualidade, o que ocasionalmente acaba impactando no seu tempo de vida útil da “vídea”. Aproveito ainda para mencionar, que são realizados em média 7 cirurgias diariamente só pela especialidade da ortopedia, onde na maioria delas são realizadas esse instrumental sendo assim, os defeitos precisam ser reparados para um atendimento de qualidade aos usuários dessa Unidade.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,

*Eliezer José Campos*  
Eliezer José Campos

Gerente de Suprimentos e Patrimônio

Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás

CPF: 192.500.486-40



## COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 01/2022

Santa Helena de Goiás, 29 de Junho de 2022.

De: Leana Mayara Bessa da Silva

Unidade/Serviço: Coordenação CC/CME


Para: Eliezer José Campos


Unidade/Serviço: Serviço de Apoio

Solicito por meio deste a manutenção corretiva de 2 instrumentais cirúrgicos, denominados:

- Alicate Ricardão 45 cm – alicate de corte para fio de aço, produzido em aço inoxidável, que estão com as vίδeas danificadas.

Os alicates citados acima, são de uso essencial para a realização dos procedimentos cirúrgicos ortopédicos e de uso rotineiro e diário, ocasionando assim, maior desgaste do instrumental devido à alta necessidade de utilização do mesmo, informo ainda que não houve queda durante o ato cirúrgico, durante o processo de limpeza do material e nem no armazenamento do mesmo no arsenal. Conforme citado pelo Dr. Rogério Aparecido da Silva, o material que a unidade adquiriu é de baixa qualidade, o que ocasionalmente acaba impactando no seu tempo de vida útil da "vídea". Aproveito ainda para mencionar, que são realizados em média 7 cirurgias diariamente só pela especialidade da ortopedia, onde na maioria delas são realizadas esse instrumental.

  
Edna Benício Lucena  
Instituidora Cirúrgica  
COREN-GO 1251184

  
Leana Mayara B. da Silva  
Supervisora Enfermagem  
COREN GO 390.185

