

CARTA COTAÇÃO Nº 160/2024
PROCESSO DE COMPRAS Nº 1829/2024

DADOS DA PROPOSTA:

Descrição da Proposta:

AQUISIÇÃO JUNHO DE MATERIAIS MENSAL PARA HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO – HERSO – SANTA HELENA DE GOIÁS.

Prazo de Entrega	Forma de Pagamento	Condições de Pagamento	Período: Prazo de Pagamento
IMEDIATA	TRANSFERÊNCIA TED EM CONTA BANCÁRIA INDICADA NA NOTA FISCAL	A PRAZO	30 DIAS APÓS ENTREGA

CRITÉRIOS E OBSERVAÇÕES

COMPRADOR: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – IPGSE – CNPJ Nº 18.176.322/0002-32

1 DA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇOS.

1.1 A proposta deverá ter validade mínima de 30 (trinta) dias, sendo que poderá ser desconsiderada a proposta com prazo inferior.

1.2 As empresas deverão orçar os materiais de acordo com o solicitado/especificado. As exceções deverão ser informadas pela empresa. As propostas encaminhadas que divergirem em qualquer ponto do solicitado, nesta carta cotação, poderão ser desconsideradas.

1.3 As empresas deverão orçar os materiais de acordo com a quantidade solicitada, sendo que a quantidade poderá ser alterada para mais ou para menos, para adequação da quantidade com a embalagem/caixa fechada, orçada pela empresa proponente.

1.3.1 O IPGSE, poderá, após análise do certame, inabilitar as propostas que apresentarem embalagem com quantidade superior ou inferior à solicitada.

1.4 Quando houver empate de preços, o IPGSE aplicará os seguintes critérios para desempate: Qualidade; Faturamento Mínimo (quando o valor total dos itens para os

quais as mesmas foram vencedoras não atingirem o faturamento mínimo estabelecido pelas empresas); Preço (oportunizadas às empresas empatadas a apresentarem nova proposta de preço para desempate); Prazo de Entrega: Avaliação do Fornecedor no Ranking.

1.4.1 Esgotados todos os critérios de desempate, será adquirido quantidades iguais de cada empresa portadora do menor preço.

1.5 Os materiais descritos no Anexo I abaixo são destinados ao:

HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO – HERSO, COM INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 02.529.964/0014-71, LOCALIZADO NA RUA UIRAPURU, S/N – PARQUE RES. ISAURA, SANTA HELENA DE GOIÁS – GO, CEP: 75.920-000.

1.6 A Proposta de preços deverá ser apresentada em língua portuguesa (Brasil) e moeda nacional.

1.7 Informamos que a data de recebimento da proposta poderá ser prorrogada quando o processo não atingir o valor estimado do processo ou por conveniência do IPGSE. Nesse caso será divulgado apenas no site do IPGSE (www.ipgse.org.br) o novo prazo para o recebimento das propostas.

2 DAS EXIGÊNCIAS:

2.1 Para se habilitar à oferta de preço as empresas deverão apresentar:

- a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
- b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta de débitos relativos à tributos federais e dívida ativa da União, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais;
- c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da empresa interessada, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais;
- d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos municipais (nos casos em que a empresa faturar nota fiscal de obras e serviços);
- e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- f) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho.

2.1.1 Admitir-se-á como válida a Certidão Positiva com efeito de Negativa.

2.1.2 As certidões acima solicitadas serão exigidas também no ato do pagamento, correspondente à compra/contratação.

2.1.3 As documentações de que se tratam as alíneas a),b),c),d), e) e f) desta clausula poderá ser dispensada, no todo ou em parte, conforme previsto na RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 01- IPGSE/2021 DE 27/01/2021, nos seguintes casos:

- Aquisição/Contratações no valor de até R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
- Naquelas consideradas emergenciais, quando comprovadamente colocarem em risco de perecimento de bens jurídicos, postos sob tutela do IPGSE, ou ainda impuser risco a saúde e integridade física de pessoas ou pacientes;
- Nos casos de fornecedor exclusivo e/ou na inexistência de outros fornecedores na localidade.

2.2 Na análise dos aspectos técnicos da proposta, emitirá parecer técnico habilitando ou desabilitando as propostas integral ou parcialmente, com fundamento na descrição da carta cotação, facultando-se quando necessário para subsidiar à análise, solicitar do proponente, informações complementares do bem ou serviço, amostras, rol de clientes e visita técnica.

2.2.1 Caso julgue necessário, o Setor de Compras poderá acionar os participantes para:

a) Solicitar amostra para testes, concedendo o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos para o envio das amostras ao IPGSE (acompanhadas de nota fiscal de doação ou de amostra grátis, emitida em nome do HERSO (unidade hospitalar solicitante – item 1.5 da presente carta cotação), sob pena de inabilitação da empresa que não cumprir o prazo determinado.

a.1) Solicitar amostra para testes acompanhadas de Nota Fiscal de doação ou de amostra grátis, emitida em nome do HERSO (unidade hospitalar solicitante – item 1.5 da presente carta cotação) visando cadastrar a marca no banco de dados do IPGSE, para aquisições futuras.

b) Nos casos em que as amostras apresentadas forem aprovadas após o prazo estabelecido no item 2.2.1 letra “a”, as empresas poderão fornecer para o IPGSE apenas aquisições futuras.

c) Solicitar informações complementares, concedendo o prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, sob pena de inabilitação da empresa que não cumprir o prazo determinado.

2.2.2 O IPGSE poderá solicitar às empresas participantes, por e-mail e desclassificar a empresa que não apresentar:



a) O Número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA, para cada item orçado de materiais médicos, materiais médico-hospitalares e equipamentos hospitalares.

2.2.3 Todos os materiais médicos deverão ter registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

2.3 Todos os Produtos/Serviços deverão ser orçados com frete incluso, sendo este preferencialmente na Modalidade CIF.

2.4 O IPGSE poderá inabilitar empresa que exigir o valor de faturamento mínimo superior ao valor do material que a mesma foi vencedora.

2.5 O IPGSE a qualquer tempo poderá desclassificar a proposta ou desqualificar o proponente sem que a esse caiba direito de indenização, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou de circunstância que desabone sua idoneidade financeira ou técnica, ou ainda que comprometa sua capacidade de produção, relativo à entrega e qualidade dos produtos.

2.6 A Empresa que incorrer em reincidências de erros (cancelamento de entrega, orçamento com erros no valor, marca, apresentação, etc.) poderá ser inativada para participar de futuras compras do IPGSE.

2.7 A empresa deverá orçar os materiais, objeto desta carta cotação, com data de validade dos produtos mínima de 12 (doze) meses, sendo que as empresas poderão ser desclassificadas caso não atendam o solicitado.

2.8 Nos casos em que as empresas não informarem a data de validade (na plataforma BIONEXO site <https://bionexo.com/>), o IPGSE considerará a validade mínima de 12 meses.

2.9 No momento da entrega dos materiais no HERSO, se for identificado que a validade é inferior ao solicitado, o material poderá ser devolvido e a empresa responsabilizará pela entrega de outra remessa de material, de acordo com os critérios solicitados.

1. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

3.1 O recebimento dos produtos será realizado de segunda à sexta-feira **das 8hs às 12hs e das 13hs às 17:30 hs**, sendo que em caso de exceção, a critério do IPGSE, haverá autorização formal emitida pela diretoria da unidade hospitalar.

3.2 Os produtos deverão ser entregues de forma imediata e integral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da emissão da ordem de compra, conforme o entendimento do Regulamento de Compras mencionado no §1º do Art 16.

3.2.1 Quando se tratar de compras para reposição de estoque mensal ou compras em caráter emergencial o prazo de entrega a ser considerado deverá ser de no máximo

7 dias, caso o prazo ultrapasse o solicitado, caberá ao IPGSE analisar a proposta e a possível desqualificação, considerando a necessidade de abastecimento do hospital.

3.3 A empresa contratada deverá apresentar Nota Fiscal para cada entrega que for realizada de acordo com a ordem de compra ou contrato. Não será aceita Nota Fiscal de Consumidor.

4. DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será realizado em 30 (trinta) dias após a entrega da aquisição, através de transferência TED em conta bancária. A conta bancária deverá ser informada no corpo da nota fiscal (dados bancários) referentes à empresa contratada.

4.2 O Pagamento será efetuado somente para o emissor da nota fiscal.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 As aquisições do IPGSE seguem seu regulamento de compras próprio, disponível no site eletrônico: www.ipgse.org.br e são correspondentes ao Contrato de Gestão nº 088/2022 – SES/GO.

5.2 Esta Carta Cotação e seus anexos, quando existirem estarão disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.ipgse.org.br, onde consta o número do processo de compras e da carta cotação equivalente.

OBSERVAÇÃO: Para esta cotação serão aceitos orçamentos e propostas somente através da PLATAFORMA ELETRÔNICA DE COMPRAS BIONEXO da Empresa BIONEXO S.A., CNPJ Nº 04.069.709/0001-02, no Site <https://bionexo.com/> - Contato (11) 4210-1060, no período de 17 a 20 de Maio de 2024, até as 23:55h. Não serão aceitas propostas por E-mail ao IPGSE.

5.3 Em busca da economicidade, em suas compras/contratações o IPGSE poderá, durante as análises das propostas, convidar as empresas habilitadas a apresentarem novas propostas de preços, dando tratamento isonômico a todas as participantes.

5.4 Na Hipótese das negociações serem insatisfatórias, o IPGSE se reserva no direito de cancelar o presente procedimento de compras.

5.5 Telefone para contato: (64)3050-3275—e-mail: michelly.borges@ipgse.org.br / davy.queiroz@ipgse.org.br.

5.6 A empresa deverá constar (obrigatoriamente) no corpo da Nota Fiscal o seguinte texto: “Esta despesa refere-se ao quarto termo aditivo do Contrato de Gestão nº 088/2022 – SES/GO”

ENDEREÇO PARA ENTREGA
HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO – HERSO. ENDEREÇO: AVENIDA UIRAPURU, S/N – PARQUE RES. ISAURA, SANTA HELENA DE GOIÁS – GO – CEP: 75.920-000

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE. ENDEREÇO: RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N, LOTE 12, N°168 - BAIRRO PEDROLINA - SANTA HELENA DE GOIÁS – GO - CEP: 75920-000 – FONE (64) 3050-3275

DADOS DO COMPRADOR

Denominação Social/CNPJ/Endereço	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – IPGSE - CNPJ Nº 18.176.322/0002-32 ENDEREÇO: RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N, LOTE 12, N°168 - BAIRRO PEDROLINA - SANTA HELENA DE GOIÁS – GO - CEP: 75920-000.
Telefone	Fone (64) 3050-3275
Contato/E-mail:	michelly.borges@ipgse.org.br / davy.queiroz@ipgse.org.br

Santa Helena de Goiás, Goiás 02 de Maio de 2024.


ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO

CARTA COTAÇÃO Nº 160/2024
PROCESSO DE COMPRAS Nº 1829/2024

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Não serão aceitas propostas por E-mail, neste caso, assim os interessados deverão entrar em contato com a Plataforma BIONEXO e realizarem cadastro e procederem a apresentação da proposta, através do Site: <https://bionexo.com/> .

Contato com a plataforma: (11) 4210-1060 no período de 17 a 20 de Maio de 2024.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	ABAIXADOR DE LINGUA	UNIDADE	1.000,00
2.	ADAPTADOR PARA DIETA ENTERAL (ADAPTADOR UNIVERSAL) Especificação: EQUIPO COM PONTA EM CRUZ, PARA CONECTAR EM PONTA LANCETA.	UNIDADE	500
3.	AGULHA DESC. 40 X 0,8 MM ESTERIL 21G Especificação: DESCARTÁVEL ESTÉRIL ESTÉRIL MEDIDAS: TAMANHO (POLEGADAS): 21G 1 1/2". DIÂMETRO (Ø): 0,8MM COMPRIMENTO: 40MM	UNIDADE	200
4.	AGULHA HIPODERMICA DESC. S/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,70 MM Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S.	UNIDADE	3.000,00
5.	AGULHA HIPODERMICA DESC. S/ DISP DE SEGURANCA 40 X 1,20 MM Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S.	UNIDADE	25.000,00
6.	AGULHA HIPODERMICA DESC. S/ DISP DE SEGURANCA 13 X 0,30 MM Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 1/2", C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO E, LUBRIFICADO	UNIDADE	300

	COM SILICONE, CANHAO TRANSLUCIDO NA COR PADRAO, PROTETOR PLASTICO SEM FURO ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO EMB. EM PGC UND. REG. MS		
7.	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI Nº 22	UNIDADE	50
8.	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI Nº 25	UNIDADE	200
9.	ALCOOL 70% 1 LT	LITRO	84
10.	ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO 100ML Especificação: SOLUÇÃO ALCÓOLICA 70º INPM, ANTISÉPTICA, PARA USO TÓPICO ADULTO E PEDIÁTRICO; ALMOTOLIA 100 ML	FR 100 ML	1.000,00
11.	ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	30
12.	APARELHO P/ TRICOTOMIA DESCARTAVEL	UNIDADE	650
13.	ASPIRADOR DE REDE VACUOMETRO COM FRASCO 500ML	UNIDADE	20
14.	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1M	UNIDADE	400
15.	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 13 FIOS 10CM X 1,8M	UNIDADE	1.500,00
16.	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 13 FIOS 15CM X 1,8M Especificação: COMPOSIÇÃO: 90% ALGODÃO, 7% ELASTANO E 3% POLIÉSTER	UNIDADE	300
17.	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS - EMB INDIVID Especificação: - NO MÍNIMO 1,80 M EM REPOUSO; - TAMANHO APROXIMADO DE 20 CM; - NO MÍNIMO 13 FIOS/CM²; - ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; - BORDAS COM ACABAMENTO NÃO PERMITINDO O DESFIAMENTO; - NÃO ESTÉRIL; - COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE; - REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	1.000,00
18.	ATADURA GESSADA 15CM X 3M Especificação: - MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA CREMER OU EQUIVALENTE.	ROLO	50
19.	ATADURA GESSADA RAPIDA 20CM X 4M Especificação: - MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA CREMER OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	100
20.	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA GR 40	PACOTE	700
21.	AVENTAL IMPERMEAVEL EM PVC C/ MANGA LONGA	UNIDADE	40
22.	BOLSA DE COLOSTOMIA 30MM	UNIDADE	100
23.	CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UNIDADE	250

	Especificação: DEVERÁ CONTER O SACO PROTETOR. COMPATÍVEL COM SUPORTES DAS MARCAS DESCARPACK E GRANDESC.		
24.	CAMPO CIRURGIC ESTERIL P/ CATARATA BOLSA COLETORA 1,00X1,20M Especificação: INDICADO PARA CIRURGIAS OCULARES DE CATARATA (PODENDO SER COM COLOCAÇÃO DE LENTE PELA TÉCNICA DE FÁCECTOMIA); FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NA FENESTRA PARA ACESSO DIRETO AOS OLHOS (FENESTRA DE 7 CM); BOLSA COLETORA COM CLIP FLEXFORM, PARA ABERTURA DA BOLSA DURANTE TODO O PROCEDIMENTO, E COLETA DE SANGUE E/OU LÍQUIDOS OCULARES; DOBRA CIRÚRGICA COM SETAS INDICADORAS DE ABERTURA; EMBALAGEM UNITÁRIA EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; ALTA REPELÊNCIA A LÍQUIDOS E FLUIDOS; PRODUTO DESCARTÁVEL PARA PRONTO USO; ALTA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA (86%); EXCELENTE MALEABILIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 80N/5CM; TAMANHO 100 CM X 120 CM.	UNIDADE	100
25.	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CROMADA MEDIA N° 05	UNIDADE	10
26.	CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC ESTERIL C/ BALAO N° 6,0	UNIDADE	10
27.	CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC ESTERIL C/ BALAO N° 6,5	UNIDADE	20
28.	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO N° 3,0 Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC E EMBALAGEM INDIVIDUAL , REG. MS	UNIDADE	5
29.	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO N° 6,5 Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE	UNIDADE	10

	VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS		
30.	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 7,0 Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS	UNIDADE	50
31.	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 7,5 Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC.	UNIDADE	40
32.	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 8,5 Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC.	UNIDADE	20
33.	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/ BALAO Nº 2,0 Especificação: TERMOSENSIVEL, MACIO, TRANSP. PONTA LISA BISELADA, ADAPTADOR UNIV. AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL, EMBALAGEM. PGC. REG MS	UNIDADE	2
34.	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/ BALAO Nº 3,5 Especificação: TERMOSENSIVEL, MACIO, TRANSPARENTE. PONTA LISA BISELADA, ADAPTADOR UNIV. AO SISTEMA DE VENT. ARTIFICIAL, EMB. PGC. REG MS	UNIDADE	2
35.	CAPA DE MICROSCOPIO PARA CIRURGIA ENVELOPADA ESTERIL 12,5CM	UNIDADE	100
36.	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO S/ DISP. DE SEGURANCA Nº 18 Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS	UNIDADE	1.000,00
37.	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO S/ DISP. DE SEGURANCA Nº 20 Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS	UNIDADE	1.600,00



38.	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO S/ DISP. DE SEGURANCA Nº 22 Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS	UNIDADE	600
39.	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO S/ DISP. DE SEGURANCA Nº 24 * Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS	UNIDADE	100
40.	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO DESC ESTERIL Especificação: CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENIO, ADULTO EM POLIVINIL, ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE, (TIPO DOIS DENTES DE GARFO), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FAVRICAÇÃO , NÚMERO DE LOTE E REG.MS.	UNIDADE	500
41.	CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL DESCARTAVEL Especificação: CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO, INFANTIL EM POLIVINIL, ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE, (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO , NÚMERO DE LOTE E REG.MS.	UNIDADE	20
42.	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 14/18G X 20CM C/ BIST Especificação: - KIT CATETER DE POLIURETANO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL (SUBCLAVE COMPLETO); ° COMPOSIÇÃO: - BISTURI; - VÁLVULA ANTI-REFLUXO; - DILATADOR; - FIO GUIA;	UNIDADE	50

	<ul style="list-style-type: none"> - SERINGA; - AGULHA; - ABA DE SUTURA; <p>Especificação: - TAMPAS DE LUER; - ABRAÇADEIRA.</p>		
43.	COLAR CERVICAL EM PVC RIGIDO MEDIO REG. MS	UNIDADE	5
44.	COLAR CERVICAL EM PVC RIGIDO TAM. PEQUENO REG MS	UNIDADE	5
45.	COLCHAO CAIXA DE OVO ANTI-ESCARAS D-33 195 X 85 X 07 CM	UNIDADE	30
46.	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL 2000ML Especificação: - DESCARTÁVEL; - SACO COLETOR DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; - CAPACIDADE 2000 ML; - GRADUADO; - TRANSPARENTE; - COM CORDÃO PARA AMARRAÇÃO.	UNIDADE	3.500,00
47.	COLETOR DE URINA SIST FECHAD ESTERIL 2000ML C/PONTO DE COLET Especificação: COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, FILTRO DE AR HIDRÓFobo, CLAMP CORTA FLUXO, SUPORTE REFORÇADO, TRAVA DE SEGURANÇA E GRADUAÇÃO. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO E EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	100
48.	COLETOR P/ INCONTINENCIA URINARIA ADULTO MASCULINO MIN 120CM Especificação: PRESERVATIVO EM LÁTEX, CONECTORES LUER FÊMEA E MACHO E EXTENSÃO EM TUBO EM PVC POLIETILENO, FLEXÍVEL E ATÓXICO. ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO. APIROGÊNICO. COM COMPRIMENTO DO TUBO IGUAL OU SUPERIOR A 120CM. EMALADO INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	100
49.	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML	UNIDADE	400
50.	COMPRESSA 7,5 X 7,5CM ESTERIL C/ 13 FIOS BRANCA (PCT 10UN) Especificação: - ESTÉRIL; - COR BRANCA; - DESCARTÁVEL;	PCT C/ 10UN	14.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> - COMPRESSA GAZE; - TECIDO 100% ALGODÃO; - ISENTA DE IMPUREZAS; - 8 (OITO) CAMADAS; - 05 (CINCO) DOBRAS; - 13 (TREZE) FIOS/CENTÍMETRO QUADRADO. 		
51.	<p>COMPRESSA CAMPO OPERAT C/ FIO RADIOPACO 45 X 50 CM PCT 50UN</p> <p>Especificação: COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM, COR BRANCA, C/FIO RADIOPACO 100% ALGODÃO, 4 (QUATRO) CAMADAS, COM BAINHA EM OVERLOCK, AUSÊNCIA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, NÃO ESTÉRIL. EMBAL. PCTE C/50 UN, REG. MS.</p>	PACOTE	500
52.	<p>CURATIVO ALGINATO DE CALCIO ESTERIL APROX. 10X10CM</p>	UNIDADE	100
53.	<p>CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL APROX. 10 X 12 CM</p> <p>Especificação: - HIPOALERGÊNICO;</p> <p>- CONSTITUÍDO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E VAPOR D'ÁGUA, ATUANDO COMO BARREIRA CONTRA LÍQUIDOS E BACTÉRIAS, PROTEÇÃO QUE PROMOVE APLICAÇÃO, FIXAÇÃO E VISUALIZAÇÃO, PROTEÇÃO DA PELE CONTRA FRICÇÃO, CISALHAMENTO E EFLUENTES, FIXAÇÃO A PROVA D'ÁGUA;</p> <p>- EMBALADO INDIVIDUALMENTE;</p> <p>- REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA);</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 10 X 12 CM.</p>	UNIDADE	200
54.	<p>CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM ESTERIL</p>	UNIDADE	150
55.	<p>DIALISADOR CAPILAR HEMOFLOW HPS F10 / 20 (2.0 MM²)</p>	UNIDADE	150
56.	<p>DISPOSITIVO 2 VIAS C/ CLAMP</p> <p>Especificação: EQUIPO MULTIVIAS ESTÉRIL 2 VIAS COM CLAMP LUER LOCK</p>	UNIDADE	600
57.	<p>DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA</p> <p>Especificação: O DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÃO É APRESENTADO NA FORMA ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO) OU RADIAÇÃO IONIZANTE (RAIO GAMA/FEIXE DE ELÉTRONS), E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, POSTERIORMENTE ARMAZENADO EM CAIXA DE PAPELÃO. PRODUTO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO.</p>	UNIDADE	700

58.	DRENO DE SUCCAO ESTERIL C/ AG 3,2MM / MINIMO 400ML Especificação: POR SISTEMA FECHADO (PÓS OPERATÓRIO) C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML, AGULHA Nº 3,2 MM C/ CATETER P/ DRENAGEM, TUBO EXTENSOR, CONECTOR EM Y E 1 CÂNULA ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL EM PGC, EMB SECUNDÁRIA EM CAIXA, REG MS	UNIDADE	2
59.	ELETRODO DESC P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO	UNIDADE	8.000,00
60.	EQUIPO GRAVIT P/ SANGUE E HEMODERIVADOS - FILTRO 170 MICRAS Especificação: EQUIPO DE GRAVIDADE P/ SANGUE E HEMODERIVADOS AJUSTADO P/ 20 GOTAS / ML APROX. CAMARAS DUPLAS FLEXIVEIS EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE, FILTRO DE 18 CM2, C/ MALHA DE 170 MICRAS, PINÇA ROLETE DE CORTA - FLUXO E DESCANSO P/ O TUBO. TUBO PVC ATÓXICO C/ 1,50 M. CONECTOR LUER MACHO C/ PROTETOR ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INIDIVIDUAL TIPO BLISTER, CONFORMIDADE C/ A NORMA ISO 1135 E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE...	UNIDADE	200
61.	EQUIPO MED. BOMBA INF SAMTRONIC - GIRASET - EG 0421000 Especificação: PARENTERAL, COM FILTRO E INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. COMPATÍVEL COM BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST550T2 REFERÊNCIA> EG 0421 0000	UNIDADE	1.400,00
62.	EQUIPO NUTR ENT BOMBA INF SAMTRONIC - GIRASET - EG 03230000 Especificação: EQUIPO COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL SEM FILTRO, COM ENTRADA DE AR, PINÇA ROLETE, TUBO NA COR AZUL, TRECHÔ DE SILICONE, CONECTOR ESCALONADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM PROTETOR. REFERENCIA > GIRASET - EG 0323 0000	UNIDADE	600
63.	EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJ LAT E DISP SEG Especificação: EQUIPO MACRO INJ LAT GRAVIT P/ SOL PARENTERAL DISP SEGURANCA EQUIPO P/ INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS: PONTA PERFURANTE, PADRÃO ISO; PADRÃO GOTAS (1ML = 20GOTAS/MINUTO);CÂMARA	UNIDADE	4.000,00

	<p>GOTEJADORA C/ FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 µM; ENTRADA DE AR C/ FILTRO DE 0,22µM; TUBO EM PVC; PINÇA ROLETE P/ CONTROLE FLUXO DE INFUSÃO; INJETOR LATERAL C/ MENBRANA AUTO-CICATRIZANTE; LÁTEX FREE; CONECTOR SPIN LOCK C/ O PACIENTE, C/ FLUID STOP (PERMITE REALIZAÇÃO DO PRIMING SEM RETIRAR A PROTEÇÃO DO CONECTOR C/ O PACIENTE); REGISTRO ANVISA; ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP, VALVULA SAFELOW. CONFORMIDADE C/ A NBR 14041. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011. MARCA B BRAUN INTRAFIX PRIMELINE AIR COM VALVULA SAFELOW OU EQUIVALENTE.</p>		
64.	ESCOVA DENTAL ADULTO	UNIDADE	30
65.	ESCOVA P/ DEGERMACAO DAS MAOS C/ CLOREXIDINA 2% 22ML Especificação: COM CERDAS MACIAS , CABO PLASTICO DESCARTAVEL EMBALAGEM ALUMIZADA /BLISTER , REG MS	UNIDADE	2.200,00
66.	ESPARADRAPO 100% ALGODAO 10CM X 4,5M Especificação: COMPOSIÇÃO EM 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA. ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINA. TELA ADESIVA IMPERMEÁVEL.	RL C/4,5M	500
67.	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 2,5CM X 10M	RL C/10M	300
68.	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 50 MM X 10 M	RL C/10M	300
69.	<p>ESTETOSCOPIO DUPLO PROFISSIONAL Especificação: - AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLA DO ÂNGULO AJUSTÁVEL E INTERNA AO TUBO DE PVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, ATRAVÉS DO SEU AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, PARA AMBOS OS SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA. - HASTES DE FÁCIL AJUSTE PARA O TAMANHO DA CABEÇA E CONFORTO, APERTANDO OU SEPARANDO OS TUBOS. - ANEL ANTI-FRIO, QUE PROPORCIONA CONFORTO TÉRMICO AO PACIENTE. - OLIVAS DE SELAMENTO LEVE EM CONFORMIDADE COM AS ORELHAS 	UNIDADE	6

	INDIVIDUAIS PARA UMA BOA VEDAÇÃO ACÚSTICA E AJUSTE CONFORTÁVEL. - FLEXIBILIDADE AO DOBRAR.		
70.	EXTENSOR P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCAO PARENTERAL BOMBA 120CM	UNIDADE	200
71.	FAIXA SMARCH Nº12	UNIDADE	10
72.	FILTRO UMIDIFICADOR DE BARREIRA HME/HMEF PEDIATRICO Especificação: - UTILIZADO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA; - UMIDIFICADOR PASSIVO; - FILTRO ELETROSTÁTICO PARA PACIENTES DE 4,5 A 25 KG; - VOLUME CORRENTE RECOMENDADO A PARTIR DE 50 ML; - PRESENÇA DE CONEXÃO PARA CAPNÓGRAFO; - MEMBRANAS HIDROFÓBICAS E HIDROSCÓPIAS; - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO 99,999%; -TEMPO DE UTILIZAÇÃO MÁXIMA DE 24 A 48 HORAS; - DIÂMETRO DE ACOPLAMENTO COMPATÍVEL COM TRAQUEIAS DO VENTILADOR PULMONAR NÃO PORTÁTIL; - EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DE FABRICAÇÃO; TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO ANVISA.	UNIDADE	20
73.	FILTRO UMIDIFICADOR DE BARREIRA HMEF ADULTO S/ TUBO EXTENSOR Especificação: - UTILIZADO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA; - UMIDIFICADOR PASSIVO; - FILTRO ELETROSTÁTICO PARA PACIENTES ACIMA DE 18 KG; - RECOMENDADO PARA VOLUME CORRENTE SUPERIOR A 150ML; - PRESENÇA DE CONEXÃO PARA CAPNÓGRAFO; - MEMBRANAS HIDROFÓBICAS E HIDROSCÓPIAS; - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO 99,999%; - TEMPO DE UTILIZAÇÃO MÍNIMA DE 48 HORAS; - DIÂMETRO DE ACOPLAMENTO COMPATÍVEL COM TRAQUEIAS DO VENTILADOR PULMONAR NÃO PORTÁTIL; - EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DE FABRICAÇÃO; TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO ANVISA.	UNIDADE	300
74.	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	PECA	200
75.	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M	PECA	60

76.	<p>FITA REAGENTE BACTEREND OX / ACIDO PERACETICO FR C/ 25UND Especificação: BACTEREND® OX É UM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO EM EQUILÍBRIO DE AMPLO USO. ESPECIALMENTE INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE ARTIGOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES EM HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE SAÚDE. PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO PERACÉTICO EM EQUILÍBRIO + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; SUA ALTA COMPATIBILIDADE COM MATERIAIS COMBINADA COM ALTA ESTABILIDADE E EFICÁCIA FRENTE AOS MICRORGANISMOS MAIS RESISTENTES, PROPORCIONA MAIOR ECONOMIA E SEGURANÇA PARA A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE E PACIENTES.</p> <p>DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL; DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO; DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS;</p> <p>Especificação: DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRITICOS; NÃO EXISTEM INDICAÇÕES DE MATERIAIS INCOMPATÍVEIS. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E ALTO NÍVEL PRINCIPALMENTE PARA OS MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA.</p> <p>ECONOMIA (RENDIMENTO DE ATÉ 500L DE PRODUTO PRONTO USO) E SEGURANÇA (EFICÁCIA FRENTE AOS MICROORGANISMOS MAIS RESISTENTES).</p>	UNIDADE	2
77.	<p>FIXADOR ESTERIL P/ CATETER PERIFERICO C/ 2 TIRAS 50 X 74 MM Especificação: FIXADOR ESTÉRIL PARA CATETER PERIFÉRICO , 50MM X 74MM E 2 TIRAS COM 74MM X 12MM CADA, EM TECIDO MACIO, COM DORSO EM RAYON E POLIESTER, RESISTENTE A ÁGUA, COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÊNICO, POSSUI DUAS TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE CATETERES E TUBULAÇÕES.</p>	UNIDADE	2.000,00
78.	FLUXOMÉTRO P/ OXIGENIO	UNIDADE	6

79.	<p>FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G Especificação: FRALDA COM INDICADOR DE UMIDADE, FORMATO ANATÔMICO, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTOS, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, COM 4 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO DE AJUSTE E PROTEÇÃO, COM SISTEMA PARA MAIOR RAPIDEZ NA ABSORÇÃO E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, REDUZINDO A UMIDADE; PARA PESO DE 70 A 90KG E CINTURA DE 80 A 150CM; CONFORME A PORTARIA 1.480 (31/12/1990) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A MESMA DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM " DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE".</p>	UNIDADE	2.000,00
80.	<p>FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL XG Especificação: FRALDA COM INDICADOR DE UMIDADE, FORMATO ANATÔMICO, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTOS, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, COM 4 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO DE AJUSTE E PROTEÇÃO, COM SISTEMA PARA MAIOR RAPIDEZ NA ABSORÇÃO E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, REDUZINDO A UMIDADE. PARA PESO ACIMA DE 90KG E CINTURA DE 110 A 165CM; CONFORME A PORTARIA 1.480 (31/12/1990) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A MESMA DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM " DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE".</p>	UNIDADE	6.000,00
81.	<p>FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL G Especificação: FRALDA COM INDICADOR DE UMIDADE, FORMATO ANATÔMICO, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTOS, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, COM 4 FITAS ADESIVAS</p> <p>Especificação: REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO DE AJUSTE E PROTEÇÃO, COM SISTEMA PARA MAIOR RAPIDEZ NA ABSORÇÃO E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, REDUZINDO A UMIDADE. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.</p>	UNIDADE	200

82.	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL M Especificação: COM ELÁSTICO NAS PERNAS E FITA ADESIVA NAS LATERAIS. DE 5 A 10 KG.	PCT C/ 40 UN	25
83.	FRASCO C/ TAMP A P/ MACRONEBULIZADOR - 500ML Especificação: - FRASCO COM TAMP A EM POLICARBONATO P/ MACRONEBULIZADOR; - GRADUADO DE 0 A 500ML; - PARA MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO;	UNIDADE	20
84.	FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 300ML Especificação: - PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; - LIVRE DE BISFENOL - A; - TAMP A COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. - GRADUADO COM ESCALA DE 10 ML; - COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; - ATÓXICO; - TRANSPARENTE; - ESTÉRIL.	UNIDADE	3.000,00
85.	INTEGRADOR QUIMICO TIPO 6 P/ VAPOR - 5 MINUTOS Especificação: INDICADOR QUÍMICO TIPO 6 - EMULADOR, PRODUZIDO DE ACORDO COM ISO 11.140-1, QUE REAGE COM TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR). PARA CICLOS DE 134°C POR 5 MINUTOS.	UNIDADE	500
86.	INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO 120 X 120 CM GR. 40 SMS	ROLO	2.000,00
87.	INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO 140 X 140 CM GR. 40 SMS	ROLO	1.800,00
88.	KIT DRENAGEM TORAXICA 3 VIAS 2000ML DRENO 30FR	UNIDADE	4
89.	KIT DRENAGEM TORAXICA 3 VIAS 2000ML DRENO 32FR Especificação: KIT DRENO DE TORAX ESTERIL INFANTIL 500ML 500ML / 20 2 VIAS COM DRENO.	UNIDADE	2
90.	KIT SET LINHAS DE SANGUE ARTERIAL/VENOSO P/ HEMOD 280MM Especificação: PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, CONTENDO LINHA DE SANGUE ARTERIAL COM SEGUIMENTO DE BOMBA COM 280MM DE EXTENSÃO E DIÂMETRO DE 8MM, SENSOR DE PRESSÃO COM CONECTOR LUER, PONTO DE INJEÇÃO, CLAMPS NA EXTENSÃO DA LINHA	UNIDADE	72

	PRÓXIMA AO CONECTOR LUER; LINHA DE SANGUE VENOSA PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, COM CATA-BOLHA COM 20MM DE DIÂMETRO, SENSOR DE PRESSÃO COM CONECTOR LUER, PONTO DE INJEÇÃO, CLAMPS NA EXTENSÃO DA LINHA PRÓXIMA AO CONECTOR LUER E NA SAÍDA DO CATA-BOLHA; ISOLADOR DE PRESSÃO ARTERIAL E VENOSA PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE CONSTITUÍDO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA E HIDROREPELENTE; EQUIPO DE SORO; ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
91.	KIT TRANSDUTOR DE PRESSAO ARTERIAL MEDIA DESC Especificação: - LÁTEX FREE. - ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. - ANALÓGICO. - DEVERÃO APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM: * MÓDULO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (DX2010) DO MONITOR MULTIPARÂMETRO DA MARCA DIXTAL, MODELOS DX2023, DX2020 e DX2022; * MONITOR DA MARCA DATEX OHMEDA-GE, MODELO CARDIOCAP 05; * MONITOR DA MARCA MINDRAY, MODELO T8; * POLÍGRAFO DA MARCA TEB, MODELO SP12.	UNIDADE	20
92.	LAMINA DE BISTURI Nº 15 Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.	UNIDADE	100
93.	LAMINA DE BISTURI Nº23 Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.	UNIDADE	500
94.	LAMINA DE BISTURI RETA Nº 11 Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.	UNIDADE	100
95.	LANCETA DESCARTAVEL C/RETRACAO AUTOMAT. DISP.SEG.	UNIDADE	9.000,00
96.	LENCO UMEDECIDO C/ ALCOOL A 70% (ALCOOL SWAB) Especificação: MINI GAZE EMBEBIDA COM ÁLCOOL PARA ASSEPSIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSELADO, LACRADO, EM POLÍMERO PLÁSTICO.	ENVELOPE	3.000,00
97.	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM.	PAR	100

	LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL, ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO P/ RAO GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.		
98.	<p>LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0</p> <p>Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM.</p> <p>LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL, ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO P/ RAO GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.</p>	PAR	1.000,00
99.	<p>LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5</p> <p>Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM.</p> <p>LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL, ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO P/ RAO GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.</p>	PAR	1.700,00
100.	<p>LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0</p> <p>Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM.</p>	PAR	400

	LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL, ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO P/ RAO GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.		
101.	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL M Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 230 MM. LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO, AMBIDESTRA. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.392/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. C/100 UNIDADES	CAIXA COM 100UN	200
102.	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 230 MM. LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO, AMBIDESTRA. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.392/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. C/100 UNIDADES	CAIXA COM 100UN	800
103.	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 100% ALGODAO 12CM X 15M	ROLO	10
104.	MASCARA CIRURGICA DESC TRIPLA COM ELASTICO	UNIDADE	9.000,00
105.	MASCARA P/ TRAQUEOSTOMIA PVC ADULTO Especificação: - MODELO ADULTO; - COM ELÁSTICO FIXADOR E CONECTOR 360° PARA OXIGÊNIO;	UNIDADE	20



	<ul style="list-style-type: none"> - NÃO ESTÉRIL; - PERMITIR REPROCESSAMENTO EM AUTOCLAVE DE FORMALDEÍDO / PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E/OU DESINFECÇÃO QUÍMICA EM ÁCIDO PERACÉTICO; - MATERIAL: PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO. 		
106.	<p>OCLUSOR ACRILICO OFTALMICO ESTERIL APROX 8,5 X 7,0 CM Especificação: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: OCLUSOR ACRÍLICO TAMANHO: 8,5 X 7,0 CM MATÉRIA PRIMA: 100% POLIETILENO CLARO COR CRISTAL TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS: PRODUTO DE USO ÚNICO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, COMPATÍVEL COM ESTERILIZAÇÃO EM ETO, ISENTO DE LÁTEX.</p>	UNIDADE	100
107.	<p>OXIMETRO DE DEDO 63,5 X 34 X 55 MM Especificação: - PORTÁTIL; - COMPATÍVEL COM PACIENTE ADULTO E INFANTIL; - DISPOSITIVO DE ALTA DURABILIDADE; - NÃO INVASIVO; - DESTINADO À AFERIÇÃO DOS SINAIS VITAIS (SPO2 E PULSO) DE FORMA IMEDIATA, PRECISA E EFICAZ; - PARÂMETRO SPO2 DE APROXIMADAMENTE 99% A 70% COM PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 2%; - PULSO COM APROXIMADAMENTE 240BPM - 30BPM; - AUTORIZADO PELA ANVISA; - DIMENSÕES: 63.5 X 34 X 55MM (APROXIMADAS); - PESO LIQUIDO SEM PILHAS: 37G (APROXIMADO);</p> <p>° DISPLAY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VISOR DE OLED COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; - TELA ROTATIVA EM 6 APRESENTAÇÕES DIFERENTES DOS PARÂMETROS AFERIDOS; - INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; <p>Especificação: ° OXÍMETRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FUNCIONA COM 02 PILHAS AAA (PALITO); 	UNIDADE	10

	<ul style="list-style-type: none"> - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 8 SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO; - CONFIGURAÇÕES DE ALARMES E BIP DE FREQUÊNCIA; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE APROXIMADAMENTE 40H; - SISTEMA DE ANTI-INTERFERÊNCIA A MOVIMENTOS; <p>° ALARMES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA DE PULSO; - ALTA E BAIXA SOP2; - INDICAÇÕES SONORAS BIP; - ALTA E BAIXA SPO2 E PULSO; <p>° ACOMPANHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. 		
108.	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M/BOBINA	UNIDADE	5
109.	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100M Especificação: PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO	ROLO	20
110.	PAPEL LENCOL 50CM X 50M	UNIDADE	60
111.	SACO P/ OBITO COR CINZA C/ ETIQUETA DE IDENTIFICACAO TAM GG	UNIDADE	50
112.	SERINGA DESC 01ML LUER SLIP C/ DISP SEG C/ AG 0,38 X 13 MM	UNIDADE	500
113.	SERINGA DESC 03ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO REG MS; - - LUER LOCK (ROSCA);	UNIDADE	1.000,00
114.	SERINGA DESC 05ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA Especificação: SERINGA DESC.05ML S/AG.C/DISP.SEG.BICO LUER LOCK - SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML, S/AGULHA EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, BICO LUER LOCK, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO REG MS	UNIDADE	2.000,00
115.	SERINGA DESC 10ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1	UNIDADE	16.500,00

	ML, EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO REG MS; - - LUER LOCK (ROSCA);		
116.	SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, EMBALADA EM PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. - LUER SLIP (LISA);	UNIDADE	14.000,00
117.	SERINGA DESC 60ML BICO CATETER S/ AGULHA Especificação: EM POLIPROPILENO CRISTAL C/ BICO CATETER, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO.	UNIDADE	100
118.	SERINGA DESC. P/ BOMBA INF. 60ML S/ AGULHA LUER LOCK (ROSCA) Especificação: - EM POLIPROPILENO, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO; - LUER LOCK (ROSCA); - COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO DA MARCA FRESENIUS;	UNIDADE	100
119.	SOLUCAO P/ HEMOD. BICARBONATO DE SODIO 8,4% 5000ML	GALÃO C/ 5L	80
120.	SOLUCAO P/HEMOD. FRAC. ACIDA (NACL+ASSO) 5000ML	UNIDADE	80
121.	SONDA DE ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL SISTEMA FECHADO 14FR 54CM Especificação: SONDA SISTEMA ASPIRAÇÃO FECHADO TUBO OROTRAQUEAL Nº14 - ESTERIL, USO ÚNICO, 54CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE 14, ENVOLVIDA POR LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA, COM CONECTOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, COM VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL.	UNIDADE	200
122.	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 14 Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UNIDADE	10
123.	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 18 Especificação: ESTERIL,	UNIDADE	60



	EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE		
124.	SONDA NASOGASTRICA LONGA ESTERIL EM PVC SILICONIZADO Nº 24	UNIDADE	10
125.	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO EM POLIURETANO 12FR	UNIDADE	150
126.	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 14	UNIDADE	2.000,00
127.	SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 14 Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UNIDADE	30
128.	TAMPA P/ EQUIPO 2 VIAS LUER LOCK	UNIDADE	1.500,00
129.	TELA INORGANICA EM POLIPROPILENO APROX. 06 X 12 CM	UNIDADE	50
130.	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Especificação: -BASE DE MERCÚRIO - PRECISÃO E QUALIDADE; - FÁCIL UTILIZAÇÃO; - DURÁVEL E COM RESULTADOS CONFIÁVEIS; - TOMADA DE TEMPERATURA CERCA DE 01 MINUTO; - FUNÇÃO AUTO-DESLIGAMENTO; - SER PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO COM ALCOOL A 70%; - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES.	UNIDADE	6
131.	TIRA TESTE P/ DETERMINACAO GLICOSE NO SANGUE Especificação: COM TEMPO DE RESULTADO NÃO ACIMA DE 40 SEG C/ ELETRODO QUE ANULE A INTERFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E SUBSTÂNCIAS ENDÓGENAS QUE POSSIBILITE RECEBER A SEGUNDA GOTTA DE SANGUE C/ FAIXA DE HEMÁCEAS DE 20 A 70% QUE POSSIBILITE EXAME EM NEONATOS.	UNIDADE	14.000,00
132.	TORNEIRA 3 VIAS C/ CONEXAO LUER LOCK / LUER SLIP Especificação: MACHO ROTATIVO, 1 CONEXÃO LUER LOCK FÊMEA E 1 CONEXÃO LUER SLICK, C/ PROTETORES DOS CONECTORES, EM PVC RÍGIDO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB INDIVIDUAL TIPO BLISTER C/ PGC E FILME C/ FACE TRANSPARENTE REG MS	UNIDADE	800
133.	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA C/ ELASTICO Especificação: MACHO ROTATIVO, 1 CONEXÃO LUER LOCK FÊMEA E 1 CONEXÃO LUER SLICK, C/ PROTETORES DOS CONECTORES, EM PVC RÍGIDO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL	UNIDADE	12.600,00

	<p>EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB INDIVIDUAL TIPO BLISTER C/ PGC E FILME C/ FACE TRANSPARENTE REG MS</p> <p>CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATURA 10, C/ ELASTICO ESPECIAL NO PERÍMETRO, BOM ACABAMENTO, TAMANHO ÚNICO.</p>		
--	---	--	--


ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO