

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS  
 SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
 Relatório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 2  
 Emitido por: RH01547  
 Em: 10/06/2024 08:54

Solicitação: 60265  
 Solicitante: LOIANNY ALMEIDA  
 Setor: 1295 HERSO - ALMOXARIFADO  
 Motivo: 4 COMPRA EVENTUAL

Data Solic.: 10/06/2024  
 Data da Impressão: 10/06/2024  
 Data Máxima: 10/07/2024

Situação: AUTORIZADA

Obs: solicitamos a cotação de preços dos produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensa	Est.Atual	Data	Vlr Unitário	Fornecedor	
1	35039 ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO 18-35CM *		UNIDADE	5,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2023	71,4800	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

Rateio:  
 1295 - HERSO - ALMOX UNIDADE

5,00

Especificação: - MANÔMETRO ANERÓIDE;

- \* PRESSÃO MÁXIMA DE 300 MMHG;
- \* MENOR DIVISÃO DA ESCALA DE 2 MMHG;
- \* PRECISÃO DE +/- 3MMHG;
- \* LIVRE DE MERCÚRIO;
- \* COM CORPO METÁLICO CROMADO;
- \* SEM ENGENHAGEM PARA MAIOR DURABILIDADE;
- \* LIVRE DA BRACADEIRA, NÃO PODENDO SER FIXO PARA GARANTIR MOBILIDADE;
- \* LEVE E LIVRE DE LÁTEX PARA MAIOR COMODIDADE;
- \* DESIGN ERGONÔMICO QUE PERMITE TRABALHAR COM A MÃO DIREITA OU ESQUERDA;

- BRACADEIRA;
- \* CONFECIONADA EM NYLON;
- \* AJUSTÁVEL, COM FECHO DE VELCRO COMPATÍVEL COM O PERFIL DE PACIENTE ADULTO, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 18 A 35 CM;
- \* COM A LOGO DO INMETRO ESTAMPADA NA MESMA;
- PERÁ;
- \* FABRICADA EM LÁTEX COM FORMATO ANATÔMICO;
- \* COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM JUSTE PRECISO;
- MANGUITO;
- \* CONFECIONADO EM LÁTEX;

- EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO;
- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES;
- DEVERÁ TER REGISTRO ATIVO NA ANVISA;
- DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE UM ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO.

2	35040 ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO OBESO 35-51CM *		UNIDADE	2,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	
---	---	--	---------	------	------	------	------	--	--------	--

Rateio:  
 1295 - HERSO - ALMOX UNIDADE

2,00

Especificação: - MANÔMETRO ANERÓIDE;

- \* PRESSÃO MÁXIMA DE 300 MMHG;
- \* MENOR DIVISÃO DA ESCALA DE 2 MMHG;

HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32

0002

Especificação: \* PRECISÃO DE +/- 3MMHG;

- \* LIVRE DE MERCÚRIO;
- \* COM CORPO METÁLICO CROMADO;
- \* SEM ENGRENAGEM PARA MAIOR DURABILIDADE;
- \* LIVRE DA BRAÇADEIRA, NÃO PODENDO SER FIXO PARA GARANTIR MOBILIDADE;
- \* LEVE E LIVRE DE LÁTEX PARA MAIOR COMODIDADE;
- \* DESIGN ERGONÔMICO QUE PERMITE TRABALHAR COM A MÃO DIREITA OU ESQUERDA;
- BRAÇADEIRA;
- \* CONFECIONADA EM NYLON;
- \* AJUSTÁVEL, COM FECHO DE VELCRO COMPATIVEL COM O PERFIL DE PACIENTE ADULTO OBESO, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 35 A 51 CM;
- \* COM A LOGO DO INMETRO ESTAMPADA NA MESMA;
- PERA;
- \* FABRICADA EM LÁTEX COM FORMATO ANATÔMICO;
- \* COM VALVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM JUSTE PRECISO;
- MANGUITO;
- \* CONFECIONADO EM LÁTEX;
- EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO;
- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES;
- DEVERÁ TER REGISTRO ATIVO NA ANVISA;
- DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE UM ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO.

Data

10 de Junho de 2024

Valor Total

545,08

Valor Total da Solicitação

Emissor

357,40

Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)


Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



**Romero Leão Giovannetti**  
Sup. Administrativo  
CPF: 890.972.201-06  
IPGSE



**Loianny Severina de Almeida**  
Supervisora de Farmácia  
CPF - GO: 15562  
HERSO



**Davy Mayo Q. R. S. S. Souza**  
Setor de Compras  
CPF: 703.709.021-22  
IPGSE



**Murilo Almeida e Silva**  
CPF: 866.132.941-87  
Diretor Administrativo - IPGSE

0003

Santa Helena de Goiás, 10 de junho de 2024.

Memorando 408/2024 – **Solicitação de Compras/Serviços**

**De:** Murilo Almeida e Silva  
Diretor Administrativo – HERSO

**Para:** Romero Giovannetti  
Superintendente Administrativo – IPGSE


**Assunto:** Solicitação de Aquisição de esfigmomanômetro aneroide.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar aquisição de esfigmomanômetro aneroide.

Considerando a solicitação de compras nº 60265, se faz necessária para atender a demanda do mês de julho/2024 dessa Unidade de Saúde. Sabendo que é imprescindível a substituição dos equipamentos antigos, devido ao uso prolongado, apresentando desgastes e falhas de calibração, comprometendo a qualidade dos diagnósticos.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,

  
Murilo Almeida e Silva  
CPF: 866.132.941-87  
Diretor Administrativo – HERSO  
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO