



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS	Nº SOLICITAÇÃO: 40
	PROCESSO Nº <u>2389</u> / 2024
	DATA: 21/05/2024
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE CNPJ 18.176.322/0002-32	CONTRATO DE GESTÃO Nº 088/2022 - SES /GO

UNIDADE:

HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO

AREA SOLICITANTE:

ALMOXARIFADO

DEPARTAMENTO:

ALMOXARIFADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	FORMA	QTDE	VALORES ESTIMADOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		Aparelho de Anestesia	UNIDADE	4	R\$ 177.236,00	708.944,00
TOTAL GERAL					R\$	708.944,00

LOCAL PARA ENTREGA:

HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO - HERSO
Av. Uirapuru, esquina com Rua Mutum, Parque Isaura, S/N - Santa Helena de Goiás

<p style="text-align: center;">Responsável pela Área Solicitante</p> <p style="text-align: center;">Data: <u>21/05/24</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Eliezer José Campos</i> Assinatura / Carimbo</p> <p style="font-size: small;">Gerente de Suprimentos e Patrimônio CPF: 082.642.486-40</p>	<p style="text-align: center;">Diretor da Unidade</p> <p style="text-align: center;">Data: <u>21/05/24</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Murilo Almeida e Silva</i> Assinatura / Carimbo</p> <p style="font-size: small;">CPF: 866.132.941-87 Diretor Administrativo - IPGSE</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Autorização - Superintendente Administrativo</p> <p style="text-align: center;">Data: <u>02/08/24</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Romero Leão Giovannetti</i> Assinatura / Carimbo</p> <p style="font-size: small;">Sup. Administrativo CPF: 890.972.201-06</p>	<p style="text-align: center;">Ao Setor de Compras / Contratos</p> <p style="text-align: center;">Data: <u>02/08/24</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Michelly Borges Ferreira dos Santos</i> Assinatura / Carimbo</p> <p style="font-size: small;">Setor de Compras CPF: 982.185.731-00</p>
---	---

Santa Helena de Goiás, 21 de maio de 2024.

Memorando 259/2024 – **Solicitação de Compras**

De: Murilo Almeida e Silva
Diretor Administrativo – HERSO

Para: Romero Giovannetti
Superintendente Administrativo – IPGSE

Assunto: Solicitação de Aquisição Aparelho de Anestesia.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar, a aquisição de Aparelho de Anestesia.

Considerando a solicitação de compras nº 40, a aquisição se faz necessária para atender as demandas da unidade, devido aos aparelhos de anestesia utilizados já possuírem mais de dez anos de fabricação, se encontrando dessa forma, no fim de sua vida útil.

Desta forma, obedecendo a Portaria 2116/2021-SES-GO, solicito que seja instruído um projeto solicitando o repasse de recursos financeiros a OS a título de investimento para aquisição do material supracitado.

Segue abaixo dados técnicos, modelos e quantidades:

Aparelho de Anestesia - 4 unidade.

Sugestão de Marca: N/A.

Descrição: Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas, ou, sistema de freio central. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. O equipamento deve realizar a calibração dos sensores de fluxo sem a necessidade desmontagem de partes internas do bloco ventilatório. Rotâmetro

no monitor, ou, no equipamento de anestesia, ou, em módulo a parte. Acessórios do monitor: 1 suporte para fixação do monitor ao equipamento de anestesia, 1 cabo/dispositivo para conectividade do monitor ao equipamento de anestesia, 1 cabo de ECG 5 vias, 1 sensor de oximetria de pulso tipo clip, 1 manguito para paciente adulto, 1 manguito para paciente infantil, 1 mangueira de pressurização do manguito, 1 sensor de temperatura esofágico, 10 armadilhas de água universais sendo para uso em pacientes neonatal, pediátrico e adultos (ou 10 unidades por categoria de paciente), 10 linhas de amostra de gases universais (ou 10 unidades por categoria de paciente). OS equipamentos devem ter garantia de no mínimo 12 meses contra defeito de fabricação, registro na ANVISA. Deverá acompanhar todos os acessórios mínimos e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Deve possuir bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Alimentação elétrica bivolt automático, ou, 220v/60hz.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,



Murilo Almeida e Silva
Diretor Administrativo – HERSO
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO

Murilo Almeida e Silva
CPF: 866.132.941-87
Diretor Administrativo - IPGSE