

000002



HERSO
Hospital Estadual de Santa
Helena de Goiás Dr. Albanir
Faleiros Machado

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS	Nº SOLICITAÇÃO: 67
	PROCESSO Nº _____ / 2024
	DATA: 21/05/2024
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE CNPJ 18.176.322/0002-32	CONTRATO DE GESTÃO Nº 088/2022 - SES /GO

UNIDADE:

HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO

ÁREA SOLICITANTE:

ALMOXARIFADO



DEPARTAMENTO:



ALMOXARIFADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	FORMA	QTDE	VALORES ESTIMADOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		Estufa Labincubator com circulação de Ar 105 litros	UNIDADE	2	R\$ 6.480,25	12.960,50
TOTAL GERAL					R\$	12.960,50

LOCAL PARA ENTREGA:

HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO - HERSO
Av. Uirapuru, esquina com Rua Mutum, Parque Isaura, S/N - Santa Helena de Goiás

Responsável pela Área Solicitante Data: <u>21/05/2024</u>  Eliezer José Campos Gerente de Suprimentos e Patrimônio CPF: 032.642.486-40 Assinatura / Carimbo	Diretor da Unidade Data: <u>21/05/2024</u>  Murilo Almeida e Silva Assinatura / Carimbo CPF: 866.132.941-87 Diretor Administrativo - IPGSE
--	--

Autorização - Superintendente Administrativo Data: <u>21/05/2024</u>  Romero Leão Giovannetu Sup. Administrativo CPF: 898.572.201-06 Assinatura / Carimbo IPGSE	Ao Setor de Compras / Contratos Data: <u>21/05/2024</u>  Davy Mario P. R. S. G. S. Souza Setor de Compras CPF: 708.000.000-00 Assinatura / Carimbo IPGSE
---	---

Santa Helena de Goiás, 21 de maio de 2024.

Memorando 286/2024 – **Solicitação de Compras**

De: Murilo Almeida e Silva
Diretor Administrativo – HERSO

Para: Romero Giovannetti
Superintendente Administrativo – IPGSE

Assunto: Solicitação de Aquisição Estufa para Aquecimento de Soro.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar, a aquisição de Estufa para Aquecimento de Soro.

Considerando a solicitação de compras nº 67, a aquisição se faz necessária para atender as demandas da unidade, devido não possuímos um equipamento que atenda a farmácia, haja vista que precisamos para o aquecimento de soluções, conforme orientação da vigilância sanitária.

Desta forma, obedecendo a Portaria 2116/2021-SES-GO, solicito que seja instruído um projeto solicitando o repasse de recursos financeiros a OS a título de investimento para aquisição do material supracitado.

Segue abaixo dados técnicos, modelos e quantidades:

Estufa para Aquecimento de Soro - 2 unidade.

Sugestão de Marca: Qualquer marca que atenda as especificações mínimas.

Descrição: Estufa para utilização de aquecimento de fluídos em ambiente hospitalar com as seguintes características: Capacidade interna mínima de 40 litros, com gabinete externo em chapa de aço, revestida em epóxi eletrostático. Câmara interna de trabalho e parte interna da porta totalmente em aço inoxidável, com polimento tipo espelho, guarnição e vedação de porta em pvc, isolamento térmica das paredes e porta externa. Sistema de fechamento magnético por todas as bordas da porta. Câmara de pré-aquecimento e circulação do ar dentro da câmara. Controlador eletrônico microprocessado de temperatura, com display, que permita visualizar a programação e indicação da temperatura em tempo real, com as funções de set point, PID. Faixa

de trabalho mínimo entre 35° e 42°C programável. No mínimo 1 (uma) prateleiras confeccionadas em aço inox tipo grelha removível. Tensão de Entrada 220V – 60 Hz, ou bivolt automático. Cabo de alimentação incluso. Plug padrão NBR 14136:2002. Entregar manual do operador e técnico em português (BR). Deverá ter certificado de calibração do controlador de temperatura. Incluir um Termômetro externo calibrado.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,



Murilo Almeida e Silva
CPF: 866.132.941-87
Diretor Administrativo - IPGSE

Murilo Almeida e Silva
Diretor Administrativo - HERSO
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO